

Vcheck M

Respiratorio Felino 7 Panel

Especificaciones



Objetivo de
detección

- : ① Herpesvirus felino tipo 1
② Calicivirus felino
③ Virus influenza
④ *Bordetella bronchiseptica*
⑤ *Mycoplasma felis*
⑥ *Chlamydia felis*
⑦ *Streptococcus zooepidemicus*

Especies

: Felino

Tipo de muestra

: Hisopado conjuntival y hisopado faríngeo profundo

Tiempo de prueba

: 70 minutos

Duración

: 12 meses

Procedimiento de prueba


1

Recolecta mediante movimientos circulares y vierte en el tubo por 10 segundos

No frotar en el
área azul

Sé cuidadoso de no tocar
la lengua o demasiada saliva

10 seg



Frota en el área roja



Frota en el área faríngea

2

Dosifica 300 µl de la muestra
completamente mezclada



Desempeño

Sensibilidad analítica (Límite de detección, LoD)

	FHV-1	FCV	Influenza virus	<i>B. bronchiseptica</i>	<i>M. felis</i>	<i>C. felis</i>	SEZ
LoD (copias/ml)	3.3×10^2	3.3×10^2	6.7×10^2	3.3×10^2	6.7×10^2	3.3×10^2	3.3×10^2

Información de pedido

Producto No.	Nombre del Producto	Condición de Uso	Unidad de Embalaje
VCM111AC	Vcheck M Feline Respiratory 7 Panel	2 ~ 28 °C	5 Tests/Kit